

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
փետրվարի 19-ի N 167 - Ն որոշման

«Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 1.17

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ,
ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ Ձ 86.10)

1.ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20__թ. _____ ավարտը՝ 20__թ. _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,



Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20 ____թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN ը/կ	Հարց	Պատասխան
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայր և կոնտակտային տվյալները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող մասնաճյուղերը և գտնվելու վայրը	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի լիցենզիայի տեսակները	
4.	Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատողների թիվը	
5.	Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստման ենթակա անձանց թիվը և պատվաստվածների թիվը	
6.	Կազմակերպություն դիմած անձանց թիվը	
7.	Տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը	

3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Հարցեր	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Զ/ Պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանու- թյուն
1.	Կազմակերպությունում բժշկական արտադրատեսակների մշակումը կատարվում է անմիջապես օգտագործումից հետո՝ պահպանելով ողջ գործընթացի հոսքայնությունը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 3				3.0	Դիտողական, Հարցում	
2.	Կազմակերպությունում բժշկական արտադրատեսակների մշակման անհնարինության դեպքում՝ այն պայմանագրային հիմունքներով իրականացվում է գործունեության նման տեսակով զբաղվելու իրավունք ունեցող կազմակերպության հետ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 3				2.0	Փաստաթղթային	
3.	Բժշկական արտադրատեսակների մշակման գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմը աշխատանքի ընթացքում կրում է հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ՝ ձեռնոց, դիմակ, բժշկական գլխարկ, ակնոց և խալաթ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1,				2.0	Դիտողական, Հարցում	

		կետ 5						
4.	Կազմակերպությունում բժշկական արտադրատեսակների մշակման փուլերում, ինչպես նաև անձնակազմի ձեռքերի և սենքերում մակերեսների ախտահանման համար օգտագործվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված կից մեթոդական ուղեցույց ունեցող ախտահանիչ միջոցներ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 7				1.0	Փաստաթղթային	
5.	Բարձր մակարդակի ախտահանված կամ մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակներն ընդհանուր բժշկական արտադրատեսակների խմբից բուժանձնակազմը յուրաքանչյուր անգամ վերցնում է միայն մանրէազերծ ձեռնոցով կամ ունելիով (կորնցանգով)	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 8				2.0	Դիտողական	
6.	Բժշկական կազմակերպությունում բժշկական արտադրատեսակների մշակման գործընթացի հսկողությունն իրականացնում է բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակված պատասխանատու անձը՝ համաճարակաբանը կամ վարակի հսկողության պատասխանատուն կամ բժշկական կազմակերպությունը պայմանագրային հիմունքներով համագործակցում է գործունեության նման տեսակով զբաղվելու իրավունք ունեցող կազմակերպության հետ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 10				2.0	Փաստաթղթային	

7.	Բժշկական կազմակերպությունում պատասխանատուն բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում գործողությունների պլան, որը ներառում է	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 13						
1)	բժշկական արտադրատեսակների մշակման գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմի և պատասխանատուների անվանացանկը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 13, ենթակետ 1				1.0	Փաստաթղթային	
2)	բժշկական արտադրատեսակների դասակարգումը՝ ըստ վտանգավորության աստիճանի, և համաձայն դասակարգման՝ դրանց մշակման մեթոդը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 13, ենթակետ 2				2.0	Փաստաթղթային	
8.	Բժշկական կազմակերպության պատասխանատուն	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 14						
1)	բժշկական արտադրատեսակների մշակման աշխատանքներում ներգրավված բուժանձնակազմին ուսուցանելու նպատակով տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացնում է	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման,				2.0	Փաստաթղթային	

	դասընթաց, որն արձանագրվում է, դասընթացի մասնակիցները ստորագրում են՝ փաստելով իրենց մասնակցության մասին	հավելված, գլուխ 3, կետ 14, ենթակետ 1						
2)	մշակում և բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում բժշկական արտադրատեսակների մշակման ընթացակարգերը նկարագրող փաստաթուղթ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 14, ենթակետ 2				2.0	Փաստաթղթային	
9.	Կենսահեղուկներով աղտոտված բժշկական արտադրատեսակները օգտագործումից անմիջապես հետո ենթարկվում են մաքրման՝ մաքրման փուլում օգտագործելու համար նախատեսված ախտահանիչ միջոցով՝ դրան կից հրահանգին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 15				3.0	Դիտողական, Փաստաթղթային	
10.	Խստորեն պահպանվում են բժշկական արտադրատեսակների մաքրմանը (խտությունը, ռեժիմը), ախտահանման ռեժիմին, նախամանրէազերծման որակին ներկայացվող պահանջները՝ կատարվել են գրանցումներ գրանցամատյանում Նշում 1	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 16, գլուխ 5, կետ 17, ենթակետ 3, գլուխ 6, կետ 24				3.0	Դիտողական	
11.	Ախտահանիչ միջոցի աշխատանքային լուծույթը պատրաստվում է տվյալ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի				2.0	Դիտողական, Փաստաթղթային	

	բաժանմունքում նշանակված պատասխանատուի կողմից, այդ նպատակի համար նախատեսված բնական կամ արհեստական ներհուսարտաձիգ օդափոխությամբ հատուկ սենքում	հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 17, ենթակետ 1						
12.	Ախտահանիչ միջոցի աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգտագործվում է մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող, առանց վնասվածքների տարա	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 17, ենթակետ 2				2.0	Դիտողական	
13.	Բժշկական արտադրատեսակների լվացման համար օգտագործվող պարագաները (խոզանակ, սպունգ) պահվում են մակնշված տարայի մեջ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 18				2.0	Դիտողական	
14.	Ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարաները մակնշվում են Միջոցի անվանման, խտության, նշանակության («մաքրման», «ախտահանման», «նախամանրէազերծման», «մանրէազերծման»), պատրաստման ամսաթվի (օր, ամիս, տարի), պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 19				3.0	Դիտողական	

15.	Ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարաների ծավալը և լուծույթի ծավալն ապահովում են բժշկական արտադրատեսակների ամբողջական ընկղմումը լուծույթի մեջ՝ պահպանելով բժշկական արտադրատեսակների վրա լուծույթի շերտի առնվազն 1 սմ հաստություն	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 20				3.0	Դիտողական	
16.	Բժշկական արտադրատեսակներն ընկղմվում են քանդված և առանձնացված վիճակում, իսկ փակվող մասերն ընկղմվում են բաց վիճակում	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 20				3.0	Դիտողական	
17.	Ախտահանումից հետո իրականացվում է բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծում կամ այն համատեղվում է ախտահանման հետ մեկ գործընթացում	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 21				3.0	Դիտողական	
18.	Բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծման որակը գնահատվում է զգայորոշիչների միջոցով՝ արյան հետքերի առկայության որոշման համար	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 22				3.0	Դիտողական	

19.	Բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծման որակը գնահատվում է զգայորոշիչների միջոցով՝ մաքրման փուլում օգտագործված միջոցի առկայության որոշման համար (երբ Միջոցի աշխատանքային լուծույթի ջրածնային ցուցիչը՝ pH-ը 8,5-ից բարձր է)	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 22				3.0	Դիտողական	
20.	Մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման որակի մշտադիտարկումն իրականացվում է յուրաքանչյուր գործընթացի ընթացքում՝ ստուգիչ փորձով. ստուգվում են միաժամանակ մշակված բժշկական արտադրատեսակների 10%-ը (երեքից ոչ պակաս)	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 23				2.0	Փաստաթղթային	
21.	Արյան հետքերի հայտնաբերման դեպքում մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների ողջ քանակը կրկնակի մշակվում է՝ սկսած մաքրման փուլից մինչև արյան հետքերի ամբողջական բացակայությունը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 25				2.0	Փաստաթղթային, Հարցում	
22.	Բժշկական կազմակերպությունում մանրէազերծման սենյակը բաժանված է 3 գոտու՝ ապաքաղարկման (բժշկական արտադրատեսակների մաքրում, ախտահանում, նախամանրէազերծում), փաթեթավորման և մանրէազերծման	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 27				2.0	Դիտողական	

23.	Ապաբաղարկման գոտին մյուս գոտիներից տարանջատվում է մշակման ենթարկվող նյութից շարժական կամ ստացիոնար ֆիզիկական պատնեշով (միջնապատով)	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 27				1.0	Դիտողական	
24.	Մանրէազերծման գոտու կամ բաժանմունքների մանրէազերծման սենյակների օդը ախտահանվում է մանրէասպան լամպով	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 27				3.0	Դիտողական	
25.	Մանրէասպան սարքի աշխատանքի հսկման վերաբերյալ գրանցումներ կատարվում են գրանցամատյանում Նշում 2	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 27				1.0	Փաստաթղթային	
26.	Մանրէազերծման սենյակի բացակայության դեպքում արտադրատեսակների մշակման փուլերն իրականացվում են տեղում՝ ապահովելով մանրէազերծման սենյակին ներկայացվող պահանջները	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 28				2.0	Դիտողական	
27.	Մանրէազերծման սենյակն ապահովվում է բնական օդափոխությամբ կամ ներհոս-արտաձիգ օդափոխության համակարգով	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7,				1.0	Դիտողական	

		կետ 29						
28.	Մանրէազերծման սենյակի պատերը, առաստաղն ու հատակը, կահավորման մակերեսները հարթ են, ամբողջական, ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող ծածկով, առանց քիվերի և զարդարանքների	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 29				2.0	Դիտողական	
29.	Բժշկական կազմակերպությունում մանրէազերծման սենյակն ապահովված է երկտեղանի լվացարանով՝ գործիքների մշակման համար	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 30				2.0	Դիտողական	
30.	Ֆիզիկական (գոլորշային, չոր օդով) կամ քիմիական (գազային, օզոնային) մեթոդներով մանրէազերծման նպատակով օգտագործվում են ստուգաչափված սարքեր և սարքավորումներ՝ դրանց ուղեկցող հրահանգին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 31				2.0	Փաստաթղթային	
31.	Բժշկական արտադրատեսակների գոլորշային մանրէազերծումը իրականացնում է համապատասխան ուսուցում անցած և մանրէազերծող սարքի հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող աշխատողը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 32, ենթակետ 1				2.0	Փաստաթղթային	

32.	Բժշկական արտադրատեսակների գոլորշային մանրէազերծումն իրականացվում է կամ մանրէազերծման տուփերի (բիքս) մեջ՝ առանց փաթեթավորման, կամ մանրէազերծման տուփերի մեջ՝ փաթեթավորված, կամ առանց մանրէազերծ տուփերի՝ փաթեթավորված	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 32, ենթակետ 2, «ա», «բ», «գ» պարբերություններ				2.0	Դիտողական	
33.	Բժշկական արտադրատեսակներն ազատ դասավորված են գոլորշային մանրէազերծող սարքի խցիկում և մանրէազերծման տուփերում, պարկերում և փաթեթներում, որոնք բեռնվում են ոչ խիտ, քան մանրէազերծող սարքի խցիկի կամ մանրէազերծման տուփի ծավալի 70%-ը կամ երկու երրորդը (2/3-ը)՝ հերմետիկորեն փակելով մանրէազերծման տուփի կափարիչը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 32, ենթակետ 4				2.0	Դիտողական	
34.	Մանրէազերծման տուփի վրա նշված է բաժանմունքը, համարակալված լրակազմը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 32, ենթակետ 5				2.0	Դիտողական	
35.	Մանրէազերծման ավարտից հետո մանրէազերծման տուփը գոտևորող մետաղական գոտին փակվում է, նշվում է ամսաթիվը, ժամը և մանրէազերծումը կատարող բուժաշխատողի ստորագրությունը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7,				2.0	Դիտողական	

		կետ 32, ենթակետ 10						
36.	Գոլորշային մեթոդով մանրէազերծման սարքերի աշխատանքային ռեժիմի գրանցումները իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում Նշում 3	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 32, ենթակետ 11				2.0	Փաստաթղթային	
37.	Չոր օդով մանրէազերծող սարքի մետաղական ցանցի վրա բժշկական արտադրատեսակները դասավորվում են մեկ շերտով, առանց իրար հպվելու, բացվող գործիքները բացված վիճակում	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 33, ենթակետ 3				2.0	Դիտողական	
38.	Խոշոր բժշկական արտադրատեսակները տեղադրված են մանրէազերծող սարքի վերին հատվածում, որպեսզի դրանք չխոչընդոտեն դեպի վեր տաք օդի հոսքին	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 33, ենթակետ 4				2.0	Դիտողական	
39.	Չոր օդով մանրէազերծող սարքերի աշխատանքային ռեժիմի գրանցումները իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում Նշում 4	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 33, ենթակետ 5				1.0	Փաստաթղթային	

40.	Գլասպերլենային մանրէագերծումը կիրառվում է այն բժշկական արտադրատեսակների համար, որոնց չափը չի գերազանցում 52 մմ-ը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 34, ենթակետ 1				1.0	Դիտողական	
41.	Մանրէագերծման համար բժշկական արտադրատեսակները տեղադրվում են շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված խցիկի մեջ՝ առնվազն 15 մմ խորությամբ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 34, ենթակետ 2				1.0	Դիտողական	
42.	Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէագերծման համար օգտագործվող աշխատանքային լուծույթի նոսրացումից խուսափելու համար, բժշկական արտադրատեսակները մանրէագերծման են ենթարկվում չոր վիճակում՝ պահպանելով տվյալ նյութի կից հրահանգով պահանջվող մանրէագերծման ռեժիմը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 35, ենթակետ 1				2.0	Փաստաթղթային, Դիտողական	
43.	Բժշկական արտադրատեսակների բոլոր խողոջներն ու խողովակները լցվում են աշխատանքային լուծույթով և մանրէագերծման ողջ ընթացքում գործիքի վրա ապահովվում է 1 սմ-ից ոչ պակաս լուծույթի շերտի հաստությունը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 35, ենթակետ 2				3.0	Դիտողական	

44.	Բժշկական արտադրատեսակները լուծույթից հանելու, մանրէազերծ ջրով լվանալու և չորացնելու ողջ ընթացքում բուժանձնակազմն օգտագործում է անհատական պաշտպանության միջոցներ՝ դիմակ, խալաթ, բժշկական գլխարկ և ձեռնոց	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 35, ենթակետ 3				2.0	Դիտողական	
45.	Մանրէազերծող նյութի մնացորդները բժշկական արտադրատեսակների վրայից լվացվում են առատ մանրէազերծ ջրով՝ ասեպտիկ պայմաններում, դասավորվում են մանրէազերծ սեղանի վրա կամ տեղադրվում են մանրէազերծ տուփերում մանրէազերծ սավանով կամ թանգիֆե անձեռոցիկով փաթաթված	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 35, ենթակետ 4				2.0	Դիտողական	
46.	Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված քիմիական լուծույթներ կիրառելիս, յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ, թեստ-զուլի օգնությամբ որոշվում է լուծույթի պիտանելիությունը՝ ազդող նյութի արդյունավետ նվազագույն խտությունը: Եթե զգայորոշիչը չի փոխում իր գույնը, ապա մանրէազերծող նյութի աշխատանքային լուծույթի օգտագործումը դադարեցվում է և պատրաստվում է նոր աշխատանքային լուծույթ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 35, ենթակետ 5				2.0	Դիտողական	
47.	Քիմիական մեթոդով մանրէազերծման կամ բարձր մակարդակի ախտահանման ռեժիմի հսկողության արդյունքները գրանցվում են գրանցամատյանում	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման,				1.0	Փաստաթղթային	

	Նշում 5	հավելված, գլուխ 7, կետ 35, ենթակետ 6						
48.	Էթիլեն օքսիդով բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծումն իրականացվում է հատուկ այդ մեթոդի համար նախատեսված փաթեթների մեջ, իսկ փաթեթները տեղափոխվում են փակ վիճակում՝ տուփերով կամ գործվածքե պարկերով	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 37, ենթակետ 2				2.0	Դիտողական	
49.	Ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա պլազմային մանրէազերծումն իրականացվում է միայն փաթեթավորված	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 38				2.0	Դիտողական	
50.	Բժշկական արտադրատեսակների յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշվում է մանրէազերծման ամսաթիվը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 1				2.0	Դիտողական	
51.	Պիտանիության ժամկետը չլրացած, սակայն վնասված, խոնավացած, պատռված, ծակված փաթեթները կրկին ենթարկվում են ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 2				2.0	Դիտողական, Հարցում	

52.	Պահպանվում են մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակների պահպանման ժամկետները՝ ըստ փաթեթավորման տեսակների Նշում 6	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 3				2.0	Դիտողական	
53.	Գոլորշային մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփում, մեկ անգամ այն բացելուց հետո պահվում են մինչև 24 ժամ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 4, «ա» պարբերություն				2.0	Դիտողական	
54.	Գոլորշային մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները չբացված՝ առանց ֆիլտրի մանրէազերծման տուփում պահվում են մինչև 72 ժամ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 4, «բ» պարբերություն				2.0	Դիտողական	
55.	Գոլորշային մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները չբացված՝ ֆիլտր ունեցող մանրէազերծման տուփում պահվում են մինչև 21 օր	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 4, «գ» պարբերություն				2.0	Դիտողական	

56.	Առանց փաթեթավորման մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները դասավորվում են մանրէազերծ սեղանի վրա: Մանրէազերծ սեղանը պատրաստելուց հետո նշվում է պատրաստման ամսաթիվը, ժամը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 5				3.0	Դիտողական	
57.	Մանրէազերծ սեղանը օգտագործվում է առավելագույնը 6 ժամ, 6 ժամից հետո չօգտագործված բժշկական արտադրատեսակները ենթարկվում են մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 5				3.0	Դիտողական	
58.	Վերջնաժամկետը լրացած, սակայն չօգտագործած բժշկական արտադրատեսակները (մանրէազերծման տուփերում, փաթեթներում) ենթարկվում են միայն մանրէազերծման	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 5				3.0	Դիտողական	
59.	Ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփը բացելուց հետո նշվում է բացման ամսաթիվը, ժամը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 40, ենթակետ 6				3.0	Դիտողական	

60.	Չոր օդով մանրէազերծող սարքերում բժշկական արտադրատեսակների օդային մանրէազերծման ժամանակ տուփի կամ փաթեթի վրա նշված է մանրէազերծման ամսաթիվը, ժամը և մանրէազերծում կատարողի ստորագրությունը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 41, ենթակետ 2				2.0	Դիտողական	
61.	Փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակներն օգտագործվում են փաթեթավորման նյութի ամբողջականության դեպքում	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 42				2.0	Դիտողական	
62.	Մանրէազերծումից հետո փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակները տեղափոխվում են (սենյակ, բաժանմունք, վիրասրահ) պլաստիկ փակ բեռնարկղով, իսկ մանրէազերծման տուփով (բիքս) կատարված մանրէազերծումից հետո՝ սավանով կամ սայլակով	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8, կետ 43				2.0	Դիտողական	
63.	Ախտահանման և մանրէազերծման գործընթացի արդյունավետությունը մշտադիտարկվում է յուրաքանչյուր մանրէազերծման գործընթացի նկատմամբ՝ մանրէազերծումն իրականացնող անձի կողմից	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 44				3.0	Դիտողական	

1)	Մշտադիտարկումն իրականացվում է ներքին կամ արտաքին քիմիական զգայորոշիչների միջոցով, որոնք պարտադիր օգտագործվում են ըստ նշանակության՝ դրանց ուղեկցող հրահանգին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 44, ենթակետ 2						
64.	Արտաքին զգայորոշիչները առկա են փաթեթի վրա, իսկ որոնք չունեն՝ զգայորոշիչները փակցվում են բժշկական արտադրատեսակների փաթեթների վրա և գնահատվում են անմիջապես մանրէազերծման ավարտից հետո	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 44, ենթակետ 2, «ա» պարբերություն				3.0	Դիտողական	
65.	Ներքին զգայորոշիչները տեղադրվում են մանրէազերծ տուփերում և գնահատվում են տուփը բացելուց հետո	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 44, ենթակետ 2, «բ» պարբերություն				3.0	Դիտողական	
66.	Ախտահանման և մանրէազերծման արդյունավետությունը գնահատվում է լաբորատոր հսկողությամբ՝ մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակների մանրէաբանական հետազոտության (ցանք) միջոցով	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 45				3.0	Փաստաթղթային	

67.	Մանրէաբանական հետազոտությունները կազմակերպվում են պլանային՝ ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ, ինչպես նաև արտահերթ՝ համաճարակաբանական ցուցումներով կամ մանրէազերծման գործընթացում թերություններ և խախտումներ հայտնաբերելիս	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 47				3.0	Փաստաթղթային	
68.	Մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման որակի հսկողության մանրէաբանական հետազոտություններն իրականացվում են բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում (առկայության դեպքում), իսկ բացակայության դեպքում՝ այլ մանրէաբանական լաբորատորիայում՝ պայմանագրային հիմունքներով	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 48				3.0	Փաստաթղթային	
69.	Պլանային և համաճարակաբանական ցուցումով՝ հսկողության նպատակով ախտահանման որակի նմուշառում կատարվում է սանիտարացուցադրական մանրէների, ախտածին և պայմանական ախտածին մանրէների հայտնաբերման վերաբերյալ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 48, ենթակետ 1				3.0	Փաստաթղթային	

70.	Մանրէաբանական հսկողությունն իրականացվում է ծնարանում, վիրահատարանում, վիրակապարանում, միջամտությունների (մանիպուլյացիոն) սենյակներում, ինտենսիվ թերապիայի սենյակներում (ըստ համաճարակաբանական ցուցումի), ընդունարանում, շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքում և մանրէազերծման սենյակում: Հետազոտվում են՝ օդային միջավայրը, բժշկական արտադրատեսակները, վիրակապական նյութերը, վիրահատական սպիտակեղենը, սարքավորումները	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 48, ենթակետ 2				3.0	Փաստաթղթային	
71.	Ներքին հսկողության ընթացքում հայտնաբերված միկրոօրգանիզմները հետազոտվում են ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ զգայունության վերաբերյալ	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 48 ենթակետ 3,				3.0	Փաստաթղթային	
72.	Վիրահատարանում, նախավիրահատարանում և մանրէազերծման սենյակում ախտահանման և մանրէազերծման որակի վերաբերյալ նմուշներում շեղումներ առկա չեն	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 49				3.0	Փաստաթղթային, Լաբորատոր	
73.	Վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բուժման	Առողջապահության նախարարի 2025				3.0	Փաստաթղթային, Լաբորատոր	

	հիվանդասենյակներում, միջամտությունների սենյակներում և ընդունարանում ախտահանման որակի վերաբերյալ նմուշներում շեղումները չեն գերազանցում 10%-ը, իսկ մանրէազերծման որակի վերաբերյալ նմուշներում շեղումներ չեն հայտնաբերվում	թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 50						
74.	Առողջության առաջնային պահպանման և ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցող կազմակերպություններում շրջակա միջավայրի մակերեսներից ախտահանման որակի և բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի նկատմամբ նմուշառումն իրականացվում է պացիենտի զննության, ախտորոշման յուրաքանչյուր աշխատասենյակից, մանրէազերծման սենյակից 3 լվացուկի հաշվարկով, բայց ընդհանուր 10 լվացուկից ոչ պակաս (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 աշխատասենյակ): Մանրէազերծման սենյակի առկայության դեպքում մանրէազերծման որակի վերաբերյալ հսկողության են ենթարկվում միաժամանակ մանրէազերծված նմուշների 1%-ը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 51				2.0	Փաստաթղթային	
75.	Օդային միջավայրի նմուշների թիվը կազմում է ախտահանման որակի հսկողության ենթարկվող նմուշների 5- 10%-ը	Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9,				3.0	Փաստաթղթային	

		կետ 53						
76.	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմը ենթարկվում է նախնական և պարբերական բժշկական զննության Նշում 7	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված N 2						
1)	առկա է սանիտարական գրքույկը՝ պահանջվող ձևով					3.0	Փաստաթղթային	
2)	պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների ծավալը					3.0	Փաստաթղթային	
3)	պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների պարբերականությունը					3.0	Փաստաթղթային	

4. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է, կատարվել է, նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում (չի կշռավորվում)	✓		
2.	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում, չի կատարվել, նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի բացասական պատասխանի դեպքում (կշռավորվում է)		✓	
3.	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում (չի կշռավորվում)			✓

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԵՎ ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ

Բաժանմունք (սենյակ) _____

Գրանցման սկիզբը _____ Ավարտված է _____

[illegible]

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ՄԱՆՐԷԱՍՊԱՆ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԻՉ ՍԱՐՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՍԿՄԱՆ

Մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ սարքի շահագործման ամիս, ամսաթիվ _____

Մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ սարքի շահագործման ժամկետ _____ ժամ

Ամիս, ամսաթիվ	Սենքը	Ախտահանման պայմանները (մարդկանց ներկայությամբ կամ բացակայությամբ)	Ախտահանման ռեժիմը (անընդմեջ կամ կրկնվող կարճաժամկետ)	Ախտահանման ժամանակը			Կատարող(ստորա- գրություն)
				Միացնելու ժամ	Անջատելու ժամ	Տևողությունը	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ

Բաժանմունք (սենյակ) _____

Մանրէազերծող սարքի մակնիշը _____

Գրանցման սկիզբը _____ Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրա- տեսակների անվանում/լրակազմ	Ավտոկլավի միացման ժամ	Մանրէազերծման ռեժիմ				Մանրէազերծող սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ)	Կատարողի ստորագրու- թյուն
			Սկիզբ ժամ	Վերջ, ժամ	Ճնշում	Զերմաս- տիճան		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Նշում 4

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՉՈՐ ՕԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ**

Բաժանմունք (սենյակ) _____

Մանրէագերծող սարքի մակնիշը _____

Գրանցման սկիզբը _____ Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրատեսակների /լրակազմ		Մանրէազերծող սարքի միացման ժամ	Մանրէագերծման ռեժիմ				Մանրէագերծող սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ)	Կատարողի ստորագրություն
	անվանում	քանակ		Սկիզբ ժամ	Ջերմաստիճան /180°/	Վերջ, ժամ	Հանելու ժամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Նշում 5

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**

Բաժանմունք (սենյակ) _____

Մանրէագերծող սարքի մակնիշը _____

Գրանցման սկիզբը _____ Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրատեսակների		Միջոցի անվանում, պատրաստման ամսաթիվ	Միջոցի անվանում, պատրաստման ամսաթիվ	Միջոցում ակտիվ նյութի որոշման արդյունք /թեստերի միջոցով/	Սարքի միացման ժամ/կամ Միջոցի մեջ ընկղմման ժամ	Ռեժիմ		Կատարողի ստորագրություն
	անվանում	քանակ					Սկիզբ, ժամ	Վերջ, ժամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Նշում 6

ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

h/h	Փաթեթավորման տեսակ	Պահպանման ժամկետ
1.	Թուղթ, կտոր-գործվածք և ցեյլուլոզա պարունակող նյութեր	3 օր
2.	Մանրէազերծման համար նախատեսված երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա	2 ամիս
3.	Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ ապարատով ջերմության միջոցով փակված	6 ամիս
4.	Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով փակված	3 ամիս

Ց Ա Ն Կ

ՊԱՐՏԱԴՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ

NN ը/կ	Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի գննում	Հետազոտություններ տուբերկուլոզի նկատմամբ	Մաշկավեներաբանի գննում	Հետազոտություն սիֆիլիսի նկատմամբ	Հետազոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ (մանրէակրություն)	Հետազոտություններ հելմինթազիայի նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ	Հետազոտություն քիթ-ըմպանի ախտաճին ստաֆիլակոկի նկատմամբ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Մանկաբարձագինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավեներաբանական, բժշկական օգնություն և	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միջամտություններ իրականացնող	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտություններ իրականացնող	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միջամտություններ իրականացնող կամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ

սպասարկում (արտահի- վանդանոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակեր- պությունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատուբերկուլոզային հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների բուժաշխատողներ				նացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները միայն			կամ արյան և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները	արյան և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները	
---	--	--	--	--	--	--	---	---	--

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

- 1) Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման.
- 2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____»:
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ